ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICATE

No. Z1 12 08 67069 002

Product Service

Holder of Certificate	**Linet spol. S.r.o.** Želevcice 5 274 01 Slaný REPÚBLICA CHECA
Planta(s) de producción	67069
Marcado de certificación	
Producto:	**Camas hospitalarias**
Modelo(s)	**Eleganza 1**

Parámetros:

Entorno de aplicación:	1 / 2 / 3
Carga máxima segura:	250 kg
Peso máximo paciente:	185 kg
Dimensiones:	218 x 100 cm
Plataforma de apoyo para colchones:	200 x 90 cm
Regulación de altura:	40 y 76 cm
Tensión nominal:	230 VAC
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Potencia nominal:	Máx. 370 VA
Grado de protección:	IPX4
Clase de protección:	I
Parte aplicada:	Tipo B
Modo de operación:	10%, máx. 2 min/18 min
Ángulo A:	73°
Ángulo B:	18,5°
Ángulo C:	90°
Ángulo D:	23°

Probado según EN 60601-2-52:2010
EN 60601-1:2006

El producto fue probado voluntariamente y cumplecon los requisitos esenciales. El marcado de certificación mostrado arriba puede ser fijado en el producto. No está permitido alterar el marcado de certificación de ninguna manera. Además, el portador del certificado no puede transferir este certificado a terceras partes. Ver notas al dorso.

Informe de prueba no. 713010512

Fecha, 2012-08-03

(Torsten Zimmer)

340986